STEP

Osteotomía correctiva del calcáneo

SAI® better together

PLACA STEP
Características

El sistema STEP, para osteotomías correctivas del calcáneo, ofrece un set de tres placas con margen de corrección varizante variable escalonado de 6, 8 y 10 mm.

El diseño de las placas permite un posicionamiento preciso y una fijación óptima del fragmento distal en diferentes osteotomías del calcáneo. Están provistas de guías rápidas de perforación para obtener una correcta fijación a través de tornillos bloqueados y no bloqueados.

Todos los componentes del sistema están fabricados en aleación de titanio según norma ASTM F-136-02a.



PLACA STEP
Tamaños

El set se compone de 3 placas.

	Pequeña	Mediana	Grande
Escalón	6 mm.	8 mm.	10 mm.

PLACA STEP
Tornillos



	Largo mínimo Incremento 2 mm	Largo máximo Incremento 2 mm
3.5 mm. sin bloqueo	18 mm.	44 mm.
3.5 mm. con bloqueo	18 mm.	44 mm.

Manufactured by SAI | Productos autorizados por la ANMAT PM 2022-07
Products authorized by the ANMAT PM 2022-07

PLACA STEP
Indicaciones

- Calcáneo valgo.
- Pie plano valgo adquirido del adulto.

PLACA STEP
Técnica Quirúrgica



Abordaje:

Realizar una incisión a 1 cm. posterior al borde del peroné, a nivel del borde superior del calcáneo. Extenderla distalmente en dirección oblicua hacia la superficie plantar del calcáneo. Profundizar en el tejido subcutáneo, identificar el nervio sural y movilizarlo en forma anterior hasta arribar a la pared lateral del calcáneo.

Colocación de la placa:

Colocar el tobillo en posición equina, medializar la parte proximal del calcáneo a corregir y luego colocar al tobillo en posición a 90°. De esa manera el complejo aquíleo-calcáneo-plantar mantiene al hueso reducido y en posición para ser fijado. Presentar la placa respetando su posición, indicada por la palabra "UP".

Fijación:

El primer tornillo a colocar es el central, que al ser no bloqueado, genera una compresión dinámica aplicando la placa contra el hueso.

Luego colocar los tornillos bloqueados restantes.

Manufactured by SAI

Productos autorizados por la ANMAT PM 2022-07
Products authorized by the ANMAT PM 2022-07

PLACA STEP
Instrumental



Ítem	Código	Denominación
1	5613	Broca 2.0 x 200 mm.
2	5614	Broca 2.5 x 200 mm.
3	5616	Broca 3.0 x 200 mm.
4	0316	Alambre Kirschner 1.5 x 200 mm.
5	0336	Alambre Kirschner 2.0 x 200 mm.
6	5413	Guía de broca
7	5401	Guía de broca bloqueada corta
8	5402	Guía de broca bloqueada larga
9	5204	Medidor de profundidad
10	5309	Atornillador
11	5310	Extractor de tornillos dañados
12	5617	Legra
13	5100	Posicionador de placa
14	5800	Pinza distractora
15	5503	Contenedor plástico de implantes

Manufactured by SAI

Productos autorizados por la ANMAT PM 2022-53
Products authorized by the ANMAT PM 2022-53

SAI®
better together

www.**saimedicine**.com

@saimedicineok